



4.7. ábra. Peptidok csapdaoszlopon történő dúsítása (A) és LC-MS analízise (B).

P: biner pumpa, Am: automata mintaadagoló, Cs: csapdaoszlop, Sz: váltószelep, O: kapilláris vagy nano-LC oszlop, MS: tömegspektrométer elektropray ionforrással